



22.04.2026 12:34:18
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
MARIA GEORGIA
GKOUNTOVA

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 22/04/2026

Αναφορικά με τα σχόλια της 1^{ης} δημοσίευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΛΑΕΤΑ» (CPV 33192130 – 2) για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», προϋπολογισμού (100.000 €) εκατό χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σας παραθέτουμε την απάντηση της επιτροπής ανά προδιαγραφή.

Α. Π. : 1867

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ			
ΚΛΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ			
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΧΟΛΙΑ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1	Η κλίνη να είναι ηλεκτρική, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδιασμού, κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση και να καλύπτει την Ευρωπαϊκή οδηγία EN 60601-2-52.	-	-
2	Η σχεδίαση της κλίνης σε συνδυασμό με τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, να εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή νοσηλεία στον ασθενή ενώ επίσης να διευκολύνουν το προσωπικό στη χρήση του.	-	-
3	Η κλίνη να ρυθμίζεται ηλεκτρικά ως προς τις κινήσεις της κεφαλής, των μηρών, της αυξομείωσης ύψους, να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες θέσεις μέσω μοτέρ : - Εύρος διακύμανσης ύψους μεταξύ 40 εκ. κατά μέγιστο και έως 80εκ. +/-5εκ. - Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 70 μοίρες. - Τμήματος μηρών τουλάχιστον 30 μοίρες.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται προς ευκολία αξιολόγησης του διαγωνισμού και περαιτέρω αποσαφήνιση αυτής.	Η κλίνη να ρυθμίζεται ηλεκτρικά ως προς τις κινήσεις της κεφαλής, των μηρών, της αυξομείωσης ύψους, να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες θέσεις μέσω μοτέρ : - Εύρος διακύμανσης ύψους από 35 -85 εκ ±3 εκ. - Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 70 μοίρες. - Τμήματος μηρών τουλάχιστον 30 μοίρες. - Trendelenburg\Antitrendelenburg τουλάχιστον ±15 μοίρες.
4	Να παρέχεται μέσω εύχρηστου και ευδιάκριτου μοχλού με την κατάλληλη σήμανση και από τις δύο πλευρές της κλίνης ή δυνατότητα άμεσης και αυτόματης οριζοντιοποίησης της πλάτης της κλίνης για εφαρμογή CPR σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.	-	-
5	Να είναι στιβαρής κατασκευής με ασφαλές φορτίο λειτουργίας (SWL) τουλάχιστον 250Kg.	Η πρόταση της εταιρίας "MEDIC PLAN HEALTH PROJECT A.E " δεν γίνεται αποδεκτή για την διασφάλιση	-

		του ανταγωνισμού.	
6	Το συνολικό πλάτος της κλίνης να είναι 0,95 μέτρα περίπου και το μήκος τουλάχιστον 2,10 μέτρα περίπου.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται προς ευκολία αξιολόγησης του διαγωνισμού.	Το συνολικό (εξωτερικές διαστάσεις) πλάτος της κλίνης να είναι έως 0,95 μέτρα χωρίς τα κιγκλιδώματα και το μήκος τουλάχιστον 2,10 μέτρα περίπου και να μην ξεπερνά τα 2,15 μέτρα για μεγαλύτερη εργονομία στον χώρο.
7	Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 1,95 x 90 εκ. αποτελούμενη από 4 τμήματα πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση το οποίο δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Γενικώς τα επιμέρους τμήματα να δύναται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται προς περαιτέρω αποσαφήνιση αυτής.	Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 1,95 x 90 εκ. αποτελούμενη από 4 τμήματα πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση το οποίο δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Γενικώς τα επιμέρους τμήματα να δύναται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους. Να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση της επιφάνειας κατάκλισης, μήκους από 20 έως 30 εκ. έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψηλότερους ασθενείς.
8	Να διαθέτει ειδική υποδοχή στο κάτω μέρος της για την τοποθέτηση κλινοσκεπασμάτων κατά την αλλαγή τους.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν δύναται να τροποποιηθεί για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού.	-
9	Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι από ανθεκτικό μεταλλικό υλικό, το οποίο να δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Να προσθαφαιρούνται εύκολα και να διαθέτουν σύστημα σταθεροποίησης στο σκελετό της κλίνης ώστε να αποφεύγεται η αφαίρεσή τους κατά την μεταφορά της κλίνης. Η μετώπη κεφαλής να μην ακολουθεί τις κινήσεις της επιφάνειας κατάκλισης. Η ένωση με το υπόλοιπο κρεβάτι να γίνεται με μεταλλικούς συνδέσμους.	Για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.	Οι μετόπες να είναι από ανθεκτικό υλικό, αποσπώμενες και να ασφαλίζουν στο σασί με χρωματική ένδειξη ασφάλισης, χωρίς χρήση εργαλείων. Για την αποφυγή πρόσκρουσης σε επιτοίχια πάνελ, να μπορεί επιλεκτικά να περιορίζεται το ύψος μέσω προγραμματισμού από το χειριστήριο και να προσφερθεί στατό ορού με γωνίωση 45°.
10	Στις τέσσερις (4) γωνίες της κλίνης να φέρει προστατευτικά κατάλληλα για την εξομάλυνση των προσκρούσεων κατά τη μετακίνησή της.	-	-
11	Να διαθέτει πλαϊνά μεταλλικά κιγκλιδώματα, σε κάθε πλευρά ύψους 35 εκ. τουλάχιστον στο μέγιστο σημείο από την επιφάνεια κατάκλισης. Να διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης με αμορτισέρ απόσβεσης κινήσεων και ανεξάρτητης μετακίνησης με ένα χέρι. Να	Για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.	Η κλίνη να διαθέτει τέσσερα (4) πλαϊνά προστατευτικά (2 σε κάθε πλευρά) τα οποία καλύπτουν όλο το μήκος της επιφάνειας κατάκλισης. Τα προστατευτικά να κινούνται αθόρυβα και ομαλά και ο χειρισμός τους να γίνεται εύκολα με το ένα χέρι. Να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό. Τα προστατευτικά να χαμηλώνουν κάτω από το επίπεδο της επιφάνειας κατάκλισης, ώστε να

	μετακινούνται ανεξάρτητα το καθένα μέσω εργονομικής λαβής, ώστε να είναι γρήγορη η πρόσβαση στον άρρωστο.		παρέχουν άφθονο χώρο για την κίνηση του ασθενούς. Να διαθέτουν πολλά σημεία λαβής που επιτρέπουν στον ασθενή να αλλάζει εύκολα θέση και να σηκώνεται με ασφάλεια από την κλίνη. Να διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης με ένα χέρι. Να μετακινούνται ανεξάρτητα το καθένα μέσω εργονομικής λαβής, ώστε να είναι γρήγορη η πρόσβαση στον άρρωστο. Τα κιγκλιδώματα να αφαιρούνται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων και χωρίς απαίτηση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.
12	Η κλίνη να διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125 mm, με έναν τουλάχιστον αντιστατικό, με κεντρικό σύστημα φρένων το οποίο να ενεργοποιείται από ποδομοχλούς στη δεξιά και αριστερή πλευρά της κλίνης.	Η πρόταση της εταιρίας “ΕΝΑ ΜΕΔ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” γίνεται αποδεκτή για την παροχή ποιοτικού εξοπλισμού.	Η κλίνη να διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου από 125 έως 150 mm με κεντρικό σύστημα πέδησης και κατευθυντήριο τροχό.
13	Στην κλίνη να υπάρχουν τέσσερις υποδοχές για να μπορεί να τοποθετηθεί στατό ορού. Η κάθε κλίνη να συνοδεύεται από ένα σπαστό στατό ορού ρυθμιζόμενο με τέσσερα άγκιστρα.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται προς περαιτέρω αποσαφήνιση αυτής.	Στην κλίνη να υπάρχουν τέσσερις υποδοχές για να μπορεί να τοποθετηθεί στατό ορού.
14	Να διαθέτει αμφίπλευρα υποδοχές για ασκούς παροχέτευσης και ουροσυλέκτη.	-	-
15	Να διαθέτει προσθαφαιρούμενη υποδοχή φιάλης οξυγόνου (χωρητικότητας 4L).	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται προς περαιτέρω αποσαφήνιση αυτής.	Δύναται να φέρει προσθαφαιρούμενη υποδοχή φιάλης οξυγόνου (χωρητικότητας 4L). Να προσφερθεί προς επιλογή.
16	Σε κάθε κλίνη να υπάρχει προσθαφαιρούμενος αναρτήρας στήριξης με λαβή για υποβοήθηση του ασθενούς.	Για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.	Να προσφερθεί προς επιλογή προσθαφαιρούμενος αναρτήρας στήριξης με λαβή για υποβοήθηση του ασθενούς ώστε αναλόγως τελικού κόστους να επιλεγθούν για χρήση στις περισσότερες κλίνες. Να παραδοθούν έως 20 τεμάχια για το σύνολο των κλινών.
17	Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο ασθενούς (με καλώδιο spiral για να μπορεί να επεκτείνεται χωρίς να κυλιέται) για την ρύθμιση των βασικών κινήσεων, και εσωτερικά της κλίνης ενσωματωμένο (για χρήση από τον ασθενή).	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν δύναται να τροποποιηθεί για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού.	-

18	<p>Να διαθέτει ενσωματωμένο χειριστήριο υγειονομικού προσωπικού για την ρύθμιση όλων των κινήσεων και επιπλέον επιλεκτικό κλείδωμα καθώς και προγραμματισμένες κινήσεις όπως καρδιακή καρέκλα, να συμπεριλαμβάνεται ως ρύθμιση στο χειριστήριο. Επίσης και ενσύρματο χειριστήριο προσωπικού με όλες τις ρυθμίσεις. Το τμήμα της πλάτης να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακίνησης προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται, προς αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα.</p>	<p>Για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και προς περαιτέρω αποσαφήνιση αυτής η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.</p>	<p>Να διαθέτει ενσωματωμένο χειριστήριο υγειονομικού προσωπικού για την ρύθμιση όλων των κινήσεων, από το ίδιο ενσύρματο χειριστήριο να γίνονται και οι επιπλέον ρυθμίσεις θέσης από τον νοσηλευτή, δηλαδή θέσεις:</p> <p>- Όπως CPR και Trendelenburg, δυνατότητα ρύθμισης κλειδώματος θέσεων, με δικλίδες ασφαλείας ώστε να μην είναι προσβάσιμη η ρύθμιση από τον ασθενή αλλά να ενεργοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο μέσω ειδικού μηχανισμού μη προσβάσιμου από τον ασθενή.</p>
19	<p>Τα ηλεκτρικά μέρη της κλίνης να έχουν υψηλό βαθμό προστασίας στην υγρασία τουλάχιστον IPX4.</p>	<p>Η πρόταση της εταιρίας "ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ" δεν δύναται να τροποποιηθεί καθώς η απαίτηση για βαθμό προστασίας IPX6 δεν κρίνεται τεχνικά αναγκαία, καθώς το αντικείμενο δεν θα εκτίθεται σε πίεση νερού ή συνθήκες έντονης υγρασίας.</p>	-
20	<p>Όλα τα καλώδια να είναι επιμελώς ταχτοποιημένα για προστασία κατά τον καθαρισμό και ασφάλεια του προσωπικού.</p>	-	-
21	<p>Στις δύο πλευρές του κρεβατιού καθώς και στο κάτω μέρος του κρεβατιού να υπάρχει προστατευτικό που να εμποδίζει την μετακίνηση του στρώματος.</p>	-	-
22	<p>Η κλίνη να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης. Να διαθέτει ηχητικό συναγερμό όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.</p>	<p>Για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.</p>	<p>Η κλίνη να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης. Να διαθέτει συναγερμό με οπτική ένδειξη στο χειριστήριο νοσηλευτή.</p>
23	<p>Να παραδοθούν επιπλέον 5 τετράδες από τροχούς, και 5 χειριστήρια ενσύρματα.</p>	<p>Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν δύναται να τροποποιηθεί.</p>	-
24	<p>Να δοθούν τα εγχειρίδια χρήσεως και τεχνικής υποστήριξης στα ελληνικά και</p>	-	-

	στα αγγλικά και να γίνει εγκατάσταση καθώς και επίδειξη/ εκπαίδευση στους χρήστες και στο τεχνικό προσωπικό κατά την παράδοση , για τη χρήση και συντήρηση αυτών. Εφόσον κριθεί αναγκαίο να επαναληφθεί η εκπαίδευση άπαξ ετησίως κατόπιν αιτήματος.		
25	Η κλίνη να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λουπά εξαρτήματα ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων, εργαλείων ή να απαιτείται ειδικός προγραμματισμός κυκλωμάτων.	-	-
26	Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της βλάβης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναγγελίας της βλάβης. Διαφορετικά θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλη αντίστοιχων δυνατοτήτων μέχρι την επισκευή της, εάν οι βλάβες είναι μεγάλες θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.	-	-
27	Να κατατεθεί τιμοκατάλογος με το κόστος όλων των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων.	-	-
28	Να προσφερθεί το κόστος συντήρησης πλήρες με ανταλλακτικά, μετά το πέρας της εγγύησης που δεν θα υπερβαίνει το 6% της τελικής τιμής κατακύρωσης του διαγωνισμού.	-	-
29	Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ κατά την υποβολή της προσφοράς.	-	-
30	Να φέρει σήμανση πιστοποίησης κατά CE .	-	-
31	Να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60601-2-52 για την ασφάλεια κλινών νοσηλείας.	-	-

32	Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης- ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον για όλα τα προσφερόμενα είδη.	-	-
33	Να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση του προσφερόμενου είδους.	-	-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η κλίνη να συνοδεύεται με στρώμα κατάλληλο με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά Στρώματος

Να διαθέτει στρώμα απόλυτα συμβατό με την κλίνη και να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν δύναται να τροποποιηθεί.

<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ</u>			
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΧΟΛΙΑ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1	Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά αρίστης ποιότητας κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, τουλάχιστον δύο επιπέδων και να παρέχουν την καλύτερη προσαρμογή του σώματος και διανομή του βάρους του ασθενούς καθώς και τη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας και αποφυγή ανάπτυξης υγρασίας. Σχεδιασμένο με ανατομικές ζώνες κατανομή πιέσεων για πρόληψη κατακλίσεων ασθενών.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν χρήζει τροποποίησης καθώς στη περιγραφή του συγκεκριμένου συστήματος θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που απαιτούνται.	-
2	Να είναι απόλυτα συμβατό με την κλίνη που θα επιλεχθεί.	-	-
3	Το στρώμα να είναι ελαφρύ, στις ανάλογες διαστάσεις της κλίνης και κατάλληλο για βάρους ασθενή 220 κιλά τουλάχιστον και να ακολουθεί τις κινήσεις της	Για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.	Το στρώμα να είναι ελαφρύ, στις ανάλογες διαστάσεις να ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης και να έχει ύψος 14 εκ. + 2 εκ. και πυκνότητα $\geq 40 \text{ kg/m}^2$ και αντοχή, ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς.

	κλίνης. Να έχει ύψος τουλάχιστον 14 εκ. και κατάλληλη πυκνότητα και αντοχή, ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς.		
4	<p>Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:</p> <p>Αδιάβροχο</p> <p>Αεροδιαπερατό</p> <p>Αντιβακτηριακό</p> <p>Αντιμυκητιακό</p> <p>Αντιολισθητικό</p> <p>Ακτινοδιαπερατό</p> <p>Βραδύκαυστο (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN597-1-2). Να είναι δυνατός ο καθαρισμός του καλύμματος με διαλύματα απορρυπαντικού ή απολυμαντικού. Να πλένεται σε πλυντήριο νοσοκομειακού τύπου, τουλάχιστον στους 80°C επίσης να μπορεί να απολυμανθεί - αποστειρωθεί σε ειδικό κλίβανο (Οι βαθμοί αποστείρωσης να καθορίζονται από τα ανάλογα πρωτόκολλα κλιβανισμού). Οι ραφές να είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να υπάρχει προστασία του στρώματος από την εισροή υγρών.</p>	<p>Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν χρήζει τροποποίησης καθώς στη περιγραφή του συγκεκριμένου συστήματος θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που απαιτούνται.</p>	-
5	Δυνατότητα αφαίρεσης του καλύμματος εύκολα από το στρώμα με φερμουάρ 180°. Το φερμουάρ να καλύπτεται με πατιλέτα για την αποφυγή εισροής υγρών στο εσωτερικό του στρώματος.	-	-
6	Σήμα πιστοποίησης κατά CE.	-	-
7	Σαφείς οδηγίες στα Ελληνικά για τον προτεινόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο επιτόπιου καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης των στρωμάτων και καλυμμάτων.	-	-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΜΟΔΙΝΟ - ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ

Κομοδίνο με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την ηλεκτροκίνητη κλίνη νοσηλείας ώστε να αποτελούν ενιαίο ομοιογενές σύνολο.

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν δύναται να τροποποιηθεί.

ΚΟΜΟΔΙΝΟ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΧΟΛΙΑ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1	Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής που να δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν χρήζει τροποποίησης καθώς στη περιγραφή του συγκεκριμένου συστήματος θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που απαιτούνται.	-
2	Το κομοδίνο να έχει εξωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον (ΜxΠxΥ): 45x45x70εκ, (το ύψος χωρίς τους τροχούς) και να φέρει ενσωματωμένα προστατευτικά στις τρεις ή τέσσερις πλευρές της επιφάνειας του για την συγκράτηση αντικειμένων.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται προς περαιτέρω αποσαφήνιση αυτής.	Το κομοδίνο να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου (ΜxΠxΥ): 60x50x90εκ. και να φέρει ενσωματωμένα προστατευτικά στις τρεις ή τέσσερις πλευρές της επιφάνειας του για την συγκράτηση αντικειμένων.
3	Το κομοδίνο να διαθέτει συρτάρι και ντουλάπι μίας ή δύο όψεων προς επιλογή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δυο πλευρές της κλίνης. Στη μία πλευρά του να φέρει βέργα για στήριξη πετσέτας και να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μπουκαλοθήκης.	Για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και προς περαιτέρω αποσαφήνιση αυτής η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.	Να διαθέτει ένα συρτάρι με ενδιάμεσο ανοικτό χώρο για άμεση εναπόθεση αντικειμένων να διαθέτει αποσπώμενη θήκη για εύκολο καθαρισμό, διακριτές θέσεις για μικροαντικείμενα, εργονομικές χειρολαβές και υποδοχές για κρέμασμα πετσέτας ή σακούλας απορριμμάτων. Να είναι μονής όψης (να μην ανοίγει από την πίσω πλευρά), ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων και να αποφεύγεται ακούσιο άνοιγμα.
4	Το κομοδίνο να διαθέτει σύστημα επαναφοράς συρταριού ή τηλεσκοπικούς οδηγούς.	-	-
5	Να φέρει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς τουλάχιστον 50 mm, οι δύο εκ των οποίων (τουλάχιστον) με φρένο.	Για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.	Να φέρει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς από 50 mm έως 65 mm, οι δύο εκ των οποίων (τουλάχιστον) με φρένο.

--	--	--	--

ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΧΟΛΙΑ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1	Η τραπεζοτουαλέτα να είναι κατασκευασμένη από υλικό υψηλής αντοχής, ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισμό.	Για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και προς περαιτέρω αποσαφήνιση αυτής η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.	Να διαθέτει ενσωματωμένη και αναδιπλούμενη τραπεζοτουαλέτα στο πλάι, στιβαρής κατασκευής, με αντοχή ≥ 20 kg, διαστάσεων περίπου 40 x 55 εκ. και ρύθμιση ύψους 80 – 110 εκ. Να διαθέτει δυνατότητα κλίσης και υπερυψωμένο χείλος για αποφυγή ολίσθησης αντικειμένων να εδράζεται στον κορμό χωρίς πρόσθετους τροχούς και ο κορμός να είναι περιστρεφόμενος, ώστε να χρησιμοποιείται από αριστερά ή δεξιά πλευρά της κλίνης.
2	Να έχει προστατευτικό υπερυψωμένο γείσο και στις τέσσερις πλευρές της, για την αποφυγή πτώσης αντικειμένων.	-	-
3	Να αντέχει φορτίο τουλάχιστον 8 Kg.	Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν δύναται να τροποποιηθεί για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού.	-

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 3 έτη και κάλυψη ανταλλακτικών και παροχή τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον για 10 έτη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν δείγμα του σετ στο χώρο μας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.

1. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν αναλυτικό prospectus, στα οποία να αναφέρονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα είδη με τα χαρακτηριστικά τους, με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό και σαφείς οδηγίες λειτουργίας στα ελληνικά καθώς και όλα τα επίσημα πιστοποιητικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

2. Η κλίνη το στρώμα και η τραπεζοτουαλέτα να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.

3. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών καθώς και οι προμηθεύτριες εταιρείες, να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13485 και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ 32Β/16-1- 04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τροποποιείται.

3. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών καθώς και οι προμηθεύτριες εταιρείες, να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13485 και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (ισχύει για τις εταιρείες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ 32Β/16-1- 04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

4. Να προσκομισθούν συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές.